

Standard für die Weinanalytik

Weißwein

Bezugswerte der Charge WW0603F

Stand: 16. Sep. 2009

Parameter	Dimension	Anzahl Werte	Mittelwert	Standardabweichung
Relative Dichte 20 °C/20 °C		13	0,997561	0,000145
Vorhandener Alkohol	g/L	14	88,92	0,381
Vergärbare Zucker	g/L	16	11,69	0,580
Glucose	g/L	10	5,41	0,301
Fructose	g/L	11	6,55	0,460
Glycerin	g/L	10	5,83	0,247
Gesamtsäure ¹⁾	g/L	14	6,31	0,132
Weinsäure	g/L	12	1,87	0,126
Äpfelsäure, ges. ¹⁾	g/L	12	3,37	0,224
Milchsäure, ges.	g/L	9	0,17	0,112
Flüchtige Säure	g/L	10	0,354	0,043

¹⁾Der Gehalt kann während der Lagerung geringfügig abnehmen.

Mindestens haltbar bis: Ende 2011