

Standard für die Weinanalytik

Rotwein

Bezugswerte der Charge RW0203F

Stand: 16. Sep. 2009

Parameter	Dimension	Anzahl Werte	Mittelwert	Standardabweichung
Relative Dichte 20 °C/20 °C		13	1,001747	0,000164
Vorhandener Alkohol	g/L	14	94,51	0,598
Vergärbare Zucker	g/L	13	18,46	0,754
Glucose	g/L	12	8,47	0,421
Fructose	g/L	12	9,73	0,161
Glycerin	g/L	12	7,85	0,310
Gesamtsäure ¹⁾	g/L	13	5,95	0,107
Weinsäure	g/L	13	1,61	0,177
Äpfelsäure, ges. ¹⁾	g/L	10	2,39	0,209
Milchsäure, ges.	g/L	9	1,72	0,224
Flüchtige Säure	g/L	14	0,419	0,055

¹⁾Der Gehalt kann während der Lagerung geringfügig abnehmen.

Mindestens haltbar bis: Ende 2011